HelicobacteDomowe Laboratorium Helicobacter test z krwi 1 sztuka

Opis produktu

Helicobacter Test marki Domowe Laboratorium to jednorazowy test do samodzielnego wykonania w domu służący do wykrywania przeciwciał IgG swoistych dla bakterii Helicobacter pylori. Bakteria ta jest jedną z głównych przyczyn wrzodów żołądka i dwunastnicy, a zakażenie, które ona powoduje, wielokrotnie nie daje objawów. Obecność przeciwciał w organizmie ludzkim wskazuje na aktualnie trwające albo przebyte zakażenie. Test na helikobakter wykonuje się z krwi z palca. Do opakowania dołączony jest bezbolesny nakłuwacz, który służy do nakłucia palca oraz pipeta do pobrania krwi. Wynik testu można odczytać w zaledwie 5 minut od jego wykonania. W celu postawienia ostatecznej diagnozy i podjęcia ewentualnego leczenia należy poradzić się lekarza.

Zastosowanie

Jednorazowy test domowego użytku do wykrywania przeciwciał swoistych dla bakterii H. pylori we krwi.

Sposób użycia

Wykonanie badania

- Przystępując do wykonania testu, przygotuj środek

do dezynfekcji opuszka palca (np. nasączony 70% alkoholem wacik), chusteczkę lub kawałek papierowego ręcznika oraz urządzenie np. zegarek, który posłuży do odmierzenia czasu potrzebnego do uzyskania wyniku testu.

- Umyj dokładnie ręce mydłem i opłucz pod bieżącą, ciepłą wodą.
- Otwórz aluminiową kopertę, wyjmij z niej płytkę testową i połóż ją na poziomej powierzchni.
- Z opakowania wyjmij również nakłuwacz, pipetę oraz buteleczkę z roztworem.
- Przez minimum 30 sekund delikatnie masuj palec, który zamierzasz nakłuć.
- Zdezynfekuj opuszek palca i odczekaj 30-60 sekund do całkowitego wyschnięcia skóry.
- Z nakłuwacza usuń nasadkę ochronną, przekręcając ją o 90 stopni.
- Nakłuwacz przyłóż do opuszki palca i dociśnij go, do momentu aż usłyszysz „klik”. Dźwięk ten oznacza, że palec został nakłuty.
- Rękę z nakłutym palcem opuść w dół, co pomoże w powstaniu dużej i pełnej kropli krwi. Możesz także ucisnąć nakłuty palec z obu stron, by krew szybciej napłynęła do nakłutego opuszka.
- Trzymając pipetkę w pozycji poziomej, zbliż jej końcówkę do kropli krwi. Nie ściskaj przy tym ani samej pipetki, ani opuszki palca. Krew zacznie wpływać do pipety samoistnie. Trzymaj ją przyłożoną do kropli krwi tak długo, aż krew wypełni pipetę do czarnej kreski. Postaraj się, aby we wnętrzu pipety nie powstały pęcherzyki powietrza.
- Ściskając pipetkę, umieść całą jej zawartość w okrągłym okienku na płytce testowej. Poczekaj, aż krew zostanie całkowicie wchłonięta.
- Odkręć nakrętkę buteleczki z roztworem i nie zwlekając, wlej 3 pełne krople roztworu do okrągłego okienka na płytce testowej.
- Wynik testu odczytaj w czasie 5 minut od momentu dodania

roztworu. Nie bierz pod uwagę wyniku po czasie dłuższym niż 10 minut.
- Po wykonaniu badania pozostałą ilość roztworu wylej do toalety, środek pochłaniający wilgoć, znajdujący się w foliowej kopercie, płytkę i pojemnik wyrzuć do śmieci.

Interpretacja wyniku testu

- ***Wynik badania jest dodatni (pozytywny)*** gdy w okienku wynikowym pojawią się dwie linie – prążek kontrolny C oraz testowy T. Oznaczają one, że w pobranej próbce krwi wykryte zostały przeciwciała anty-H. pylori. Intensywność zabarwienia pasków testowych T i C może się różnić, lecz nie ma to znaczenia. Dwa paski oznaczają wynik dodatni.
- ***Wynik badania jest ujemny (negatywny)*** jeżeli w okienku wynikowym pojawi się tylko jeden pasek w strefie kontrolnej C, natomiast pasek testowy T będzie niewidoczny. Taki wynik oznacza, że w próbce krwi nie wykryto przeciwciał anty-H. pylori.
- ***Wynik badania uważa się za nieważny***, gdy w okienku wynikowym nie pojawia się żadna linia lub widoczna jest jedynie linia testowa T. W takim przypadku nie ma możliwości interpretacji wyniku testu i należy powtórzyć badanie z nowej próbki krwi i używając nowego testu.

Cechy produktu

- test przesiewowy,
- jednokrotnego użytku,
- do samodzielnego wykonania w warunkach domowych,
- wykrywa przeciwciała IgG,
- test wykonuje się z krwi z palca,
- bezbolesny, dzięki wyjątkowemu nakłuwaczowi,
- krótki czas uzyskania wyniku – zaledwie 5 minut.

Ważne wskazówki

- Aby wynik był wiarygodny, należy stosować się ściśle do zaleceń znajdujących się w instrukcji obsługi testu.
- Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Przed wykonaniem badania test powinien mieć temperaturę pokojową.
- Test należy wyciągnąć z foliowego opakowania bezpośrednio przed wykonaniem badania.
- Badanie należy wykonać w ciągu 1 godziny od momentu otwarcia aluminiowej koperty.
- Przystępując do wykonania testu, nie trzeba być na czczo.
- Testu nie używać jeśli foliowa koperta jest uszkodzona, ponieważ wilgoć z powietrza mogła go uszkodzić.
- Testu nie używać po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu.
- Nie używać nakłuwacza, jeśli jest niekompletny lub zepsuty.
- Test i nakłuwacz są przeznaczone tylko do jednokrotnego użycia.
- Zużyty test i zużyty nakłuwacz usuwać jak każdy inny odpad domowy.
- Opakowanie z testem należy przechowywać w temperaturze 2-30°C. Nie zamrażać.
- Test przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zawartość opakowania

- 1 x foliową szczelnie zamkniętą kopertkę, w której znajduje się: 1 płytka testowa i 1 środek pochłaniający wilgoć,
- 1 x pojemnik z zakraplaczem zawierający roztwór,
- 1 x sterylny nakłuwacz,

- 1 x plastikową pipetkę,
- 1 x instrukcję używania wyrobu.

Producent

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Tomasza Zana 4
04-313 Warszawa